

	ALUFORM PEKİNTAŞ AL. SAN. VE TİC. A.Ş. KALİTE KONTROL LABORATUVARI	Doküman Kodu	LAB.L.7.4.01
		Yürürlük Tarihi	03.04.2023
		Rev. No / Tarihi	01/27.05.2024
		Sayfa	1 / 1
TEST LİSTESİ			

İÇERİK GÜNCELLEME TARİHİ: 27.05.2024

Sıra No	Analiz Adı	Deney Yapılan Ürün	Kullanılan Metot	Raporlama süresi	Analiz Ücreti	Akreditasyon Durumu
01	Yüzeylere Dik Çekme Dayanımının Tayini	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN 1607	2 Gün		
02	Basınç Dayanımının Tayini	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN ISO 29469	2 Gün		
03	Görünür Yoğunluk Tayini	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN 1602	2 Gün		
04	Çekirdek Malzemesinin Kayma Dayanımı Tayini	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN 14509 Madde A.3	2 Gün		
05	Suya Kısmi Batırma Yoluyla Kısa Süreli Su Emmenin Tayini	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN 29767	3 Gün		
06	Kalınlık Tayini	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN ISO 29466	2 Gün		
07	Uzunluk ve Genişlik Tayini	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN ISO 29465	2 Gün		
08	Yangın Dayanımı Deneyleri - Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik - Tek Alev Kaynağıyla Deney	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN ISO 11925-2	16 Gün		
09	Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları, Yangın Sınıflandırması - Yangın Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma	Isı Yalıtım Malzemeleri	TS EN 13501-1 TS EN 13501-1+A1 Çizelge 1 (yer döşemeleri hariç): Sınıf E Sınıf F			
10	Parlaklık Ölçümü	Rulo Kaplı Metaller	TS EN 13523-2	2 Gün		
11	Hızlı deformasyona direnç (vurma deneyi)	Rulo Kaplı Metaller	TS EN 13523-5	2 Gün		
12	İz yapıldıktan sonraki yapışkanlık (çökertme deneyi)	Rulo Kaplı Metaller	TS EN 13523-6	2 Gün		
13	İz yapıldıktan sonraki yapışkanlık (çökertme deneyi)/Çatlağın Değerlendirilmesi (Madde 8.6)	Rulo Kaplı Metaller	TS EN 13523-6	2 Gün		
14	Eğme sırasında çatlamaya direnç (T-eğme deneyi)	Rulo Kaplı Metaller	TS EN 13523-7	2 Gün		
15	Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 0 kN - 20 kN)	Rulo Kaplı Metaller	TS EN ISO 6892-1 Metot B	2 Gün		
16	Kaplama Kalınlığı	Rulo Kaplı Metaller	TS EN 13523-1 Metot A	2 Gün		
17	Çözücülere Direnç (MEK Ovalama Deneyi)	Sargı Kaplama Metaller	TS EN 13523-11	2 Gün		
18	Renk Farkı Tayini Aletli Karşılaştırma Yöntemi	Rulo Kaplı Metaller	TS EN 13523-3	2 Gün		

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Kontrol Eden	Kalite Kontrol Sorumlusu
İmza		İmza	

Raporlama süreleri yaklaşık değerlerdir. Aluform Pekintaş Al. San. ve Tic. A.Ş. Kalite Kontrol Laboratuvarı değişik sebeplerle uzayan rapor sürelerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

Deney sürelerine şartlandırma süreleri dahil edilmiştir.

X: Analizler akreditasyon kapsamındadır

© Bu Dokümanın Tüm Hakları Aluform'a aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.